

Konformitätserklärung

Declaration of Conformity

Wir ERWEKA GmbH
 We Ottostrasse 20 - 22
 D-63150 Heusenstamm

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product

Suppositorien- Zerfallszeit- Tester, Typ ST 32, 35

Suppository Disintegration Tester, Type ST 32, 35

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit folgenden EG- Richtlinien und harmonisierten
 Normen übereinstimmt:
to which this declaration relates is in conformity with the following EEC- Directives and harmonized standards:

Niederspannungsrichtlinie 2006 / 95 / EG
Low Voltage Directive (LVD) 2006 / 95 / EEC

Elektromagnetische Verträglichkeit; EMV- Richtlinie 2004 / 108 / EG
Electromagnetic Compatibility, (EMC) Directive 2004 / 108 / EEC

Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use

EN 61010, (IEC 1010)

EMV- Normenbezug- Tabelle
EMC- standards table

EN 61326-1

Störfestigkeit / Immunity - EN 61000 -4 -2, B; -3, A; -11, B. C; -4, B; -5, B: -6, A

Störaussendung / Emission - EN 61000 -3 -2, A; -3; CISPR II, B

Heusenstamm, 2007-11-20		
Ort und Datum der Ausstellung <i>Place and date of issue</i>	ppa Dr. Renate Eggert, Head of Quality	i.V. Levent Bozkurt, Head of R&D