



Konformitätserklärung *Declaration of Conformity*

ERWEKA GmbH
Ottostr. 20-22
D-63150 Heusenstamm


Telefon: (06104) 69 03 0
Telefax: (06104) 69 03 40

Kleine Durchflussszelle für Tabletten und Kapseln *Small flow-through cell for tablets and capsules*

Geschäftsführer
Managing Director
Werner G. Müller
Christian G. Müller
Amtsgericht Offenbach
HRB 2382


Für die kleine Durchflussszelle bescheinigen wir in alleiniger Verantwortung die Übereinstimmung mit den Forderungen der USP34, Physical Test No. 711, Apparatus 4 und der European Pharmacopoeia 7th Edition, Kapitel 2.9.3, Apparatur 4.

For the small flow-through cell, we declare in our sole responsibility the conformity to USP34, Physical Test No. 711, Apparatus 4 and the European Pharmacopoeia 7th Edition, chapter 2.9.3, Apparatus 4.



Heusenstamm, 2011-05-10

i.A.


Günter Annacker
- Quality department -