

Quality through Experience

ERWEKA®



Konformitätserklärung *Declaration of Conformity*

Stampfvolumeter, Typ SVM 102/202
Tapped density tester, type SVM 102/202

ERWEKA GmbH
Ottostr. 20-22
D-63150 Heusenstamm

Telefon: (06104) 69 03 0
Telefax: (06104) 69 03 40

Geschäftsführer
Managing Director
Werner G. Müller
Christian G. Müller
Amtsgericht Offenbach
HRR 2382



Für das Stampfvolumeter, Typ SVM102 und SVM202, bescheinigen wir in alleiniger Verantwortung die Übereinstimmung mit den Forderungen der USP34, Physical Test Nr. 616 „Tapped Density“ Methode 2 und der EP 7th Edition (Kapitel 2.9.34, Methode 2).

For the tapped density tester, type SVM102 and SVM202, we declare in our sole responsibility the conformity with the USP34, Physical Test No. 616 „Tapped Density“ Method 2 and the EP 7th Edition (Chapter 2.9.34, Method 2).

Heusenstamm, den 17.01.2011

i.A.


Günter Annacker
- Quality department -