


Konformitätserklärung

Certificate of Compliance

Durchflusszellentester, Typ DFZ II

Flow-Through-Cell Dissolution Tester, type DFZ II



Für den Durchflusszellentester, Typ DFZ II bescheinigen wir in alleiniger Verantwortung die Übereinstimmung mit den Forderungen der USP42, General Chapter <711>, Apparatus 4 und der European Pharmacopoeia 10th Edition (Kapitel 2.9.3, Apparat 4).

Hinweis: Die verschiedenen Durchflusszelleneinsätze verfügen jeweils über separate Konformitätserklärungen.

For the Flow-Through-Cell Dissolution Tester, type DFZ II we declare in our sole responsibility the conformity with the USP42, General Chapter <711>, Apparatus 4 and the European Pharmacopoeia 10th Edition (Chapter 2.9.3, Apparatus 4).

Note: Declaration of conformities regarding different size flow-through cells are issued separately.

Langen, 2020-05-07

i.A.


Günter Annacker
- Quality department -