

## Konformitätserklärung

Certificate of Compliance

### Zerfallzeittester, Typ ZT 22x

Disintegration Tester, type ZT 22x



Für die Zerfallzeittester der Typen ZT 221/ ZT 222/ ZT 223/ ZT 224 bescheinigen wir in alleiniger Verantwortung die Übereinstimmung mit den Forderungen der USP42, General Chapter <701>, Dietary Supplements Chapter <2040> und der EP 10<sup>th</sup> Edition (Kapitel 2.9.1).

Hinweis: Prüfkorb und Schwimmdüse verfügen jeweils über separate Konformitätserklärungen.

For the disintegration tester, type ZT 221/ ZT 222/ ZT 223/ ZT 224, we declare in our sole responsibility the conformity with the USP42, General Chapter <701>, Dietary Supplements Chapter <2040> and the EP 10<sup>th</sup> Edition (Chapter 2.9.1).

Note: Declaration of conformities regarding basket rack and disc are issued separately.

Langen, 2020-04-15

i.A.

  
Günter Annacker  
- Quality department -